



Geprüfte Wasserqualität

Dr. Malte Kück - Praxis Zahnerhaltung

Leonberger Straße 23/1

71638 Ludwigsburg

hat am

15.05.2024

die jährliche mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität in den
Behandlungseinheiten gemäß der RKI-Empfehlung
„Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene“
durchgeführt.

Die Behandlungseinheiten sind zum überprüften Zeitpunkt hinsichtlich einer
Kontamination nicht zu beanstanden.

Hanshagen, den 23.05.2024



Die Akkreditierung gilt für den in den Urkundenunterlagen
D-PL-17548-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Waldstraße 1 Tel.: 038352 6639-0
17509 Hanshagen Fax: 038352 6639-29
www.luh-buerger.de info@luh-buerger.de